





HSCM



Guide de sélection pour insulinothérapie

	Insulines	Stylos-injecteurs	Aiguilles (SUGGÉRÉES PAR LES COMPAGNIES)
Eli Lilly Canada Inc.	☐ Humalog ^{MD} (lispro) 	HumaPen^{MD} Luxura^{MD} 1  ☐ GRM : 120 000 0241	Aiguilles BD Ultra-Fine^{MC} A  ☐ 5 mm GRM : 120 000 0249
	☐ Humulin ^{MD} R 	2  ☐ GRM : 120 000 0242	B  ☐ 8 mm GRM : 120 000 0250
	☐ Humulin ^{MD} N 	☐ Humulin ^{MD} N KwikPen ^{MC} (jetable) 3 	C  ☐ 12 mm GRM : 120 000 0251
	☐ Humulin ^{MD} 30/70 	☐ Humalog ^{MD} KwikPen ^{MC} (jetable) 4 	
Novo Nordisk Canada Inc.	☐ NovoRapid ^{MD} (aspartate) 		Aiguilles novofine^{MD} D  ☐ 6 mm GRM : 120 000 0245
	☐ Novolin ^{MD} ge Toronto 		
	☐ Novolin ^{MD} ge NPH 	NovoPen^{MD} 4 5  ☐ GRM : 120 000 0243	E  ☐ 8 mm GRM : 120 000 0246
	☐ Novolin ^{MD} ge 30/70 		
	☐ Novolin ^{MD} ge 40/60 	6  ☐ GRM : 120 000 0244	F  ☐ 12 mm GRM : 120 000 0247
	☐ Novolin ^{MD} ge 50/50 		
Sanofi-aventis Canada Inc.	☐ Levemir ^{MD} (détémir) 		
	☐ Apidra ^{MD} (glulisine) 	☐ Apidra ^{MD} SoloSTAR ^{MD} (jetable) 7 	Les stylos-injecteurs SoloSTAR ^{MD} et ClikSTAR ^{MD} sont compatibles avec la plupart des aiguilles disponibles au Canada sauf les aiguilles novofine ^{MD} . Sanofi-aventis recommande l'utilisation des aiguilles Ultra-Fine^{MC} de BD.
	☐ Lantus ^{MD} (glargine) 	☐ Lantus ^{MD} SoloSTAR ^{MD} (jetable) 8 	
		☐ ClikSTAR ^{MD} 9  10	